

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1993

Memo nº 36

De: Dely Noronha de Bragança Magalhães Pinto
Para: Chefia do Departamento de Helminologia
Dra. Miriam Tendler

Assunto: Deliberações da Comissão de Saúde - CS/IOC

Como substituta da Dra. Maria de Fátima D. B. Farias na reunião do dia 27 de janeiro de 1993 realizado às 15h no Auditório Carlos Chagas convocada pela Comissão de Saúde CS/IOC informo que após debate sobre os fatores de seguranças detectados pelos Departamentos do IOC foram tomadas as seguintes resoluções que deverão fazer parte de relatório a ser encaminhado a CIPA/FIOCRUZ.

I - Quanto a Incêndio

1 - Foi feita uma listagem dos Departamentos sem escada de incêndio, e solicitada a construção da mesma quando possível ou de um outro tipo de saída de emergência.

2 - Treinamento do pessoal em caso de incêndio nos laboratórios a ser ministrado pelo Corpo de Bombeiros.

3 - Verificação, manutenção dos extintores de incêndio e o seu uso pelos funcionários do IOC.

4 - Verificação e pedido de mudança das instalações elétricas que podem apresentar curto-circuito (nesse caso o nosso Departamento está incluído, feito a ressalva ao 3º andar cujas as instalações elétricas foram trocadas).

II- Quanto á Energia Elétrica

1 - Pedido geral para aumento da fonte de energia elétrica.

2 - Compra de fusíveis para prédios onde existe sistema de emergência no caso de falta de eletricidade.

3 - Marcar as tomadas de 110 volts e 220 volts (pessoal da eletricidade junto aos laboratórios).

III-Quanto as Carcaças de Animais de laboratório

1 - Será pedido ao IOC que como norma de segurança seja adotado que: nenhum animal infectado ou não, pode ser desprezado em saco de lixo sem ter antes passado por um período de 24h em solução de formol 1-4%.

2 - Pedido de Construção de Crematório com filtro antipolvente.

IV- Quanto ao problema de reação a substâncias tóxicas

1 - Instalação de: lava-olho, 1 banheiro, 1 capela de exaustão por departamento.

2 - Listagem dos Departamentos que não apresentam essas medidas de segurança e pedido para a instalação dos mesmos no Departamento.

V - Quanto a substâncias químicas

1 - Já está em andamento na FIOSAST a elaboração de listagem de substâncias por Departamento objetivando que a estocagem de substância não seja problema. Haverá possibilidade de trocas de substâncias entre Departamentos o que evitaria um excesso de armazenamento. Foi pedido para agilizar esse processo.

2 - Desprezo de substâncias químicas não radioativas será pedido a FIOSAST a indicação de normas mais seguras.

VI- Quanto a água

1 - Pedido de verificação de vazamentos e infiltração de rede de esgoto e águas pluviais.

2 - Lavagem das Caixas d'água pelo menos 1 vez por ano.

3 - Listagem dos Departamentos incluídos nesses itens.

VII-Quanto à medidas de Segurança nos Departamentos

1 - Será pedido do IOC a elaboração de manual de segurança por Departamento elaborado pelos Departamentos.

VIII-Quanto ao gás

1 - Verificação das instalações trocas de borrachas e tubulações que propiciem vazamentos.

2 - Pedido para que a rede de gás por Departamento seja levantada a fim de evitar falta de gás quando obras no mesmo prédio.

IX - Quanto a Radioatividade

1 - Compra de dosímetros pela Fundação já que os existentes nos Departamentos são oriundos de verbas de projetos.

Solicito que o conteúdo desse comunicado seja transmitido a Dra. Maria de Fátima D.B. Farias, representante do Departamento junto à Comissão de Saúde CS/IOC.

Atenciosamente,

Zelex Augusta de Bregauca Kajalhas Sult